



## ANEXO I

DO PREGÃO N° 065/2017

PROCESSO N° 098/2017

Item	Quantidade	Unid	Descrição
001	6	PCT	TUBO CRIOGENICO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, ESTERIL, LIVRE DE ENDOTOXINA, DNASE E RNASE, NÃO TOXICO, LIVRE DE DNA HUMANO, COM AREA BRANCA RESISTENTE PARA ESCRITA, FUNDO CONICO, COM BASE COM ANEL DE SILICONE PARA VEDAÇÃO, ROSCA EXTERNA, RESISTENTE AO INTERVALO DE TEMPERATURA DE -196° C A +121° C - PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVIDO AS NORMAS INTERNAS DE RASTREABILIDADE, EM CADA ENTREGA SERAO ACEITOS NO MÁXIMO 3 LOTES DIFERENTES. - Obs.:
002	40	CX	PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 1/10ML - CAPACIDADE DE 5 ML - PLASTICO RIGIDO - FECHADA - EMBALADA INDIVIDUALMENTE - ESTERIL - CAIXA COM 200 UNIDADES. DEVIDO AS NORMAS INTERNAS DE RASTREABILIDADE, EM CADA ENTREGA SERAO ACEITOS NO MÁXIMO 3 LOTES DIFERENTES. - Obs.:
003	1	CX	PONTEIRA DIAMOND COM FILTRO(BARREIRA) - DF100ST - PRE-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA - VOLUME DE 10 A 100 MICROLITROS, 10 RACKS COM 96 PONTEIRAS . CAIXA COM 960 UNIDADES.MARCA GILSON, PARA USO EM PIPETA AUTOMATICA DA MESMA MARCA.. A EXIGENCIA DA MARCA GILSON DECORRE DE SUA UTILIZACAO EM PIPETAS DO MESMO FABRICANTE, OBJETIVANDO A EXATIDAO, PRECISAO E "CERTIFICADO DE CALIBRACAO", CONFORME NORMA ISO. DEVIDO AS NORMAS INTERNAS DE RASTREABILIDADE, EM CADA ENTREGA SERA ACEITO NO MÁXIMO 3 LOTES DIFERENTES. - Obs.:
004	5	CX	PONTEIRA DIAMOND COM FILTRO(BARREIRA) - DF1000ST - PRE-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA - AUTOCLAVÁVEL - COR: NATURAL - VOLUME DE 200 A 1000 MICROLITROS, 10 RACKS COM 96 PONTEIRAS . CAIXA COM 960 UNIDADES. MARCA GILSON, PARA USO EM PIPETA AUTOMATICA DA MESMA MARCA.. A EXIGENCIA DA MARCA GILSON DECORRE DE SUA UTILIZACAO EM PIPETAS DO MESMO FABRICANTE, OBJETIVANDO A EXATIDAO, PRECISAO E "CERTIFICADO DE CALIBRACAO", CONFORME NORMA ISO. DEVIDO AS NORMAS INTERNAS DE RASTREABILIDADE, EM CADA ENTREGA SERA ACEITO NO MÁXIMO 3 LOTES DIFERENTES. - Obs.:

### OBSERVAÇÕES:

#### 01.) Marcas Aprovadas:

- Item 03: Gilson.
- Item 04: Gilson.

#### 02.) Amostras:

- Para os Itens 01 e 02 - Considerando ser produto "CRÍTICO", deverá ser apresentado no envelope proposta, DECLARAÇÃO expedida pelo Hemocentro, comprovando que o produto oferecido foi testado e aprovado. A empresa que não possuir a DECLARAÇÃO, e for classificada em primeiro lugar no processo licitatório deverá apresentar AMOSTRAS em conformidade com as especificações descritas no Anexo I deste edital, acompanhada de Atestado de Capacidade Técnica preferencialmente com data de emissão não superior a 2 anos, proveniente de rede pública ou privada, e registro no Ministério da Saúde, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de ser automaticamente desclassificada do certame.

- Para os demais itens, a empresa que oferecer produtos/marcas não aprovadas pelo Hemocentro Ribeirão Preto, conforme observação 01, e for classificada em primeiro lugar no processo licitatório, deverá apresentar AMOSTRAS dos itens vencedores em conformidade com as especificações descritas no anexo I deste edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob a pena de ser automaticamente desclassificado do certame;

E ainda, caso seja de interesse da empresa licitante, a amostra pode ser enviada antes da abertura do presente pregão, podendo assim já ter o parecer técnico no momento do certame.

- As amostras serão submetidas à aprovação mediante parecer técnico fundamentado, o qual avaliará sua adequação às especificações técnicas contidas no Edital, considerando, ainda, a qualidade e o uso a que se destinam;

- Independente do resultado posterior da análise da amostra, o pregoeiro dará continuidade ao certame passando a análise dos documentos de habilitação da arrematante;

- Estando conforme o produto, a licitação será homologada e ficará o vencedor obrigado a fornecer o produto ofertado nas mesmas condições apresentadas, sob pena de sofrer as penalidades previstas no Edital;

- Reprovada a amostra, o pregoeiro convocará a segunda colocada para, no mesmo prazo, apresentar o seu produto e assim sucessivamente;

- Fica dispensada da apresentação de amostras a licitante cuja marca do produto seja conhecida e aprovada pela área técnica da Fundherp.



03.) Entrega:

- Itens: 01, 02, 03 e 04 para 02/10/2017.