

Senhores(as),

A seguir, resposta ao questionamento referente ao Pregão Presencial Internacional nº 001/2022:

QUESTIONAMENTO:

Para o freezer -20 (item 02)

- Isolamento térmico à vácuo. Para freezer -30 nem mesmo a Thermo tem. Sugerimos a retirada desse requisito. **Ok para retirada do item**
- Dispositivo de travamento da porta no sentido horário até 180°? **Pode ser. Não é essencial.**
- Junta magnética para selagem hermética da porta. Direcionando para a Marca Thermo. **Retirar esse item.**

No ultra freezer -80° C: (Item 01)

- Está sendo pedido **sistema de ar circulante**. Ultra freezer não tem sistema de ar circulante. A temperatura interna é estática. **Solicitamos a retirada desse requisito.**
- As dimensões são todas da Thermo, direcionadas à marca. **Ok, retirada das medidas.** Basta que todos atendam à litragem solicitada
- Porta dupla única. Somente da Thermo.- **Solicitamos a retirada desse requisito**
- Junta magnética para selagem hermética da porta. Só da Thermo. **Solicitamos a retirada desse requisito.**

Atenciosamente,

Seção de Compras

Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, 25/04/2022.